



171021110579

检验检测报告

TEST REPORT



STFWT20209518

产品名称

Product Name

一次性使用医用口罩

委托单位

Trust Unit

杭州施洁健康科技有限责任公司

生产单位

Manufacturer

杭州施洁健康科技有限责任公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT20209518

共 3 页 第 1 页


Page 1 of 3

产品名称 Product Name	一次性使用医用口罩	规格型号 Specification Type	非无菌耳挂式 17.5cm*9.5cm
		商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	杭州施洁健康科技有限责任公司	电 话 Tel	17364536753
生产单位 Manufacturer	杭州施洁健康科技有限责任公司	样品等级 Sample Grade	BFE95
样品数量 Sample Quantity	40 只 (1 个/包) 套	送样日期 Sample Receiving Date	2020-04-14
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	生产批号: 20032501 生产日期: 2020.03.25
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合 YY/T0969-2013 标准规定的要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期: 2020-04-24 SignatuimDate </div>		
备 注 Remarks	微生物指标检验检测数据由泰州市产品质量监督检验院提供。其许可号为: 151020110122 本报告检验结论仅对所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。 本报告仅对来样负责。		


批准:
Approver



审核:
Examiner



主 检:
Major tester



检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20209518

共 3 页 第 2 页
Page 2 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment	
1	外观	—	口罩外观应整洁，形状完好，表面不得有破损、污渍。	口罩外观整洁，形状完好，表面未有破损、污渍。	合格	
2	结构与尺寸	—	口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。 长：175mm±9mm 宽：95mm±5mm	口罩佩戴好后，能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。 长：175mm 宽：95mm	合格	
3	鼻夹	—	1、口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。 2、鼻夹长度应不小于8.0cm。	1、口罩上配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。 2、鼻夹长度： 10.0cm、10.0cm、10.0cm。	合格	
4	口罩带	—	1、口罩带应戴取方便。 2、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	1、口罩带戴取方便。 11#：试样断裂强力不小于10N 12#：试样断裂强力不小于10N 13#：试样断裂强力不小于10N	合格	
5	细菌过滤效率/% (BFE)	—	≥95	1#：99.7 2#：99.6 3#：99.6	合格	
6	通气阻力	Pa/cm ²	口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49 Pa/cm ²	4#：24 5#：25 6#：25	合格	
7	环氧乙烷残留量	μg/g	≤10	未标注经环氧乙烷处理，不测此项。	—	
8	微生物指标	细菌菌落总数	CFU/g	≤100	9	合格
		大肠菌群	—	不得检出	未检出	
		金黄色葡萄球菌	—	不得检出	未检出	
		绿脓杆菌	—	不得检出	未检出	
		溶血性链球菌	—	不得检出	未检出	
		真菌	—	不得检出	未检出	

检 验 检 测 结 果
Testing Results

STFWT20209518

共 3 页 第 3 页
Page 3 of 3

样 品 图 片



——以下空白——



注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

检验检测机构地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

检验检测机构监督电话：0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话：0523-86989959

The Institute Business Tel:0523-86989959

检验检测机构传真：0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编：225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址：www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱：1735889887@qq.com

The Institute E-mail:1735889887@qq.com



业务受理微信号



特防检测



中心官方微信公众号